

案件名 \_\_\_\_\_ 人工心肺装置 一式 \_\_\_\_\_ に関する質問一覧

番号	資料名称	該当項目	質問事項（質問者原文）	回答
1	仕様書	1.仕様内容等 (構成)	ローラーポンプ10基について 10基のうち2基は心筋保護液供給システム用でリ ヴァノヴァ社人工心肺装置S5では別途仕様明細構 成2に当たる心筋保護装置を用意するご提案をさ せて頂いていたのでローラーポンプは8基となるの ですが、このような形で宜しかったですでしょうか。 (ローラーポンプ8基+ (別途) 心筋保護液供給シ ステム2基でローラーポンプ10基)	ご提示いただいております組み合わせでも問題 ございません。
2	仕様書	1.仕様内容等 10-6	リヴァノヴァ社の定期点検に半年ごとのプランは なく、年に1回の定期点検となります。それでも可 能でしょうか。	不可です(半年に1回です)。
3	仕様書	1.仕様内容等 (構成)	脱血レギュレータ 2台の件、 送血レギュレータ(3/8)の取り扱いがある場合は、 ・脱血レギュレータ ・送血レギュレータ の組み合わせでも宜しいのでしょうか。	ご提示いただいております組み合わせでも問題 ございません。